



Bakır küvet testi 0,1-8,0 mg/L Cu

Ürün Numarası:

LCK329

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Metot:	Bathocuproine Disülfonik Asit
Ölçüm aralığı:	0,1 - 8,0 mg/L Cu
Önemli açıklamalar:	Toplam Bakır sindirimi için CRACK SET LCW902 kullanın.
Parametre:	Bakır
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	Evet, Toplam Bakır için
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)